



VITLAB[®]
Competence in Labware

CYLINDER MIAROWY PMP KLASA A

Wysoki skala tłoczona, ze świadectwem zgodności. Przezroczysty, wyraźne znaczniki objętości na pełnych wartościach.

Kalibrowany na „In”, certyfikat serii zawiera numer seryjny i wartości objętości oznaczone w warunkach testu. Numer seryjny i rok produkcji jest naniesiony na cylinder laserowo. Odchylenia od pojemności naniesionych są w granicach dopuszczalnego błędnie zgodnie z DIN 12681 i ISO 6706.

| numer katalogowy | poj. [ml] | ϕ zew. [mm] | toler. [mm] | h [mm] | skala [ml] |
|------------------|-----------|-------------|-------------|--------|------------|
| VIT64604 | 10 | 15 | 0,10 | 145 | 0,20 |
| VIT64704 | 25 | 22 | 0,25 | 170 | 0,50 |
| VIT64804 | 50 | 27 | 0,50 | 200 | 1,00 |
| VIT64904 | 100 | 33 | 0,50 | 250 | 1,00 |
| VIT65004 | 250 | 44 | 1,00 | 315 | 2,00 |
| VIT65104 | 500 | 58 | 2,50 | 360 | 5,00 |
| VIT65204 | 1000 | 69 | 5,00 | 440 | 10,00 |
| VIT65304 | 2000 | 97 | 10,00 | 482 | 20,00 |